



Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И.Пландина»

ул. 50 лет ВЛКСМ, 8А, г. Арзамас,
Нижегородская обл., Россия, 607220
Тел.: (831-47) 7-91-20, 7-91-21
Факс: (831-47) 7-95-77, 7-95-26
www.oaoapz.com, Email apz@oaoapz.com

Ресурсоснабжающим организациям
и потребителям счетчиков воды
типа СВК

13.02.2018 № 056-145

На № _____ от _____

О поверке счетчиков воды СВК

Настоящим письмом информируем о том, что в соответствии с Приказом №234 Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстат) счетчики воды типа СВК производства АО «АПЗ» могут поверяться по МИ 1592-2015 «Счетчики воды. Методика поверки» переносными поверочными установками без снятия с системы водоснабжения. Также обращаем внимание на распространение действия указанного способа поверки на приборы учета воды типа СВК производства АО «АПЗ», находящихся в эксплуатации.

- Приложение: Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстат). 1 экз. на 1 листе.

Директор по производству
и продажам ГП

Цыцулин В.Г.



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

П Р И К А З

5 февраля 2018 г.

№ 234

Москва

О переоформлении свидетельства об утверждении типа средства измерений № 52814/2 «Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые типа СВК»

Во исполнение Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденного приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 25 июня 2013 г. № 970 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 сентября 2013 г. № 29940) (далее - Административный регламент) и в связи с обращением АО «АПЗ» от 14 декабря 2017 г. № 023-21530 п р и к а з ы в а ю:

1. Переоформить свидетельство об утверждении типа № 52814/2 «Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые типа СВК», зарегистрированное в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, с сохранением регистрационного номера 13869-13, в связи с внесением изменений в методику поверки.

2. Распространить действие методики поверки ЛГФИ.407223.003МИ «Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые типа СВК. Методика поверки» с изменением № 2 на счетчики холодной и горячей воды крыльчатые типа СВК, находящиеся в эксплуатации.

3. Управлению метрологии (Е.Р. Лазаренко), ФГУП «ВНИИМС» (А.Ю.Кузин) обеспечить в соответствии с Административным регламентом оформление свидетельства с описанием типа средства измерений и выдачу его юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Руководителя



С.С.Голубев